



G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2020-03 檢體寄出日期：2020年08月24日 報告截止日期：2020年08月31日
 回收份數(比率)：20份(100%)




檢體 1



Reagent Kit	單位數 (n)	中位值 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	8	4.4	4.3	0.42	9.8%
4	11	4.4	4.5	0.24	5.3%
All	20	4.4**	4.4	0.28	6.4%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位值 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	8	17.9	18.0	0.39	2.2%
4	11	18.2	17.8	1.36	7.6%
All	20	17.9**	17.8	1.14	6.4%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位值 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	8	4.5	4.4	0.29	6.6%
4	11	4.4	4.5	0.29	6.4%
All	20	4.4**	4.4	0.28	6.4%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計