


## G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2021-01 檢體寄出日期：2021 年 02 月 22 日 報告截止日期：2021 年 03 月 01 日  
回收份數(比率)：22 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	10	16.7	16.6	0.80	4.8%
4	11	15.1	15.5	1.19	7.70%
All	22	15.9**	16.0	1.18	7.4%



\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	10	8.5	8.4	0.28	3.30%
4	11	8.0	8.2	0.59	7.2%
All	22	8.3**	8.2	0.51	6.2%


\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	10	5.4	5.4	0.30	5.6%
4	11	5.4	5.4	0.34	6.3%
All	22	5.4**	5.3	0.30	5.7%

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計