


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2021-02 檢體寄出日期：2021 年 05 月 17 日 報告截止日期：2021 年 05 月 24 日
回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	14.0	14.0	0.75	5.4%
4	11	14.9	15.0	0.61	4.1%
All	23	14.5	14.4	0.89	6.2%



* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	3.8	3.9	0.34	8.7%
4	11	3.6	3.7	0.54	14.6%
All	23	3.8	3.8	0.39	10.3%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	16.1	15.8	1.38	8.7%
4	11	13.6	13.9	1.36	9.8%
All	23	14.8	14.7	1.74	11.8%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計