


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2021-03 檢體寄出日期：2021 年 08 月 09 日 報告截止日期：2021 年 08 月 16 日
回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	4.3	4.4	0.21	4.8%
4	11	4.9	4.9	0.34	6.9%
All	23	4.5**	4.6	0.38	8.3%



* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	10.7	10.8	0.49	4.5%
4	11	8.9	9.2	0.97	10.5%
All	23	10.3**	10.0	1.16	11.6%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	10.7	10.7	0.52	4.9%
4	11	8.8	8.9	1.44	16.2%
All	23	10.2**	9.9	1.31	9.7%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計