



G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2021-04 檢體寄出日期：2021 年 11 月 01 日 報告截止日期：2021 年 11 月 08 日
回收份數(比率)：23 份 (100%)



Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	12.0	12.1	0.77	6.4%
4	11	11.3	11.3	0.68	6.0%
All	23	11.5**	11.7	0.84	7.2%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	6.5	6.5	0.33	5.1%
4	11	6.4	6.5	0.40	6.2%
All	23	6.5**	6.5	0.33	5.1%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	1.0	1.1	0.30	27.3%
4	11	2.0	2.0	0.26	13.0%
All	23	1.5**	1.5	0.62	41.3%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計