


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2022-01 檢體寄出日期：2022 年 02 月 14 日 報告截止日期：2022 年 02 月 21 日
回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	14.0	13.8	0.75	5.4%
4	11	14.6	14.2	1.35	9.5%
All	23	13.8**	14.0	1.07	7.6%



* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	5.2	5.2	0.40	7.7%
4	11	4.8	4.7	0.76	16.2%
All	23	4.9**	4.9	0.62	12.7%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	13.0	13.3	0.59	5.7%
4	11	14.0	14.4	1.23	8.5%
All	23	13.6**	13.7	1.08	7.9%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計