


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2022-02 檢體寄出日期：2022 年 05 月 30 日 報告截止日期：2022 年 06 月 08 日
回收份數(比率)：24 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	5.7	5.5	0.54	9.8%
4	12	5.4	5.4	0.37	6.9%
All	24	5.4**	5.5	0.46	8.4%



* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	11.8	12.0	0.94	7.8%
4	12	11.4	11.3	0.96	8.5%
All	24	11.6**	11.6	1.05	9.1%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	5.2	5.2	0.46	8.8%
4	12	5.3	5.4	0.39	7.2%
All	24	5.2**	5.3	0.36	6.8%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計