


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2022-03 檢體寄出日期：2022 年 09 月 12 日 報告截止日期：2022 年 09 月 19 日
回收份數(比率)：24 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	6.5	6.5	0.71	10.9%
4	12	7.5	7.5	0.27	3.6%
All	24	7.3**	7.1	0.73	10.3%



* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	2.2	2.2	0.69	31.4%
4	12	3.3	3.3	0.26	7.9%
All	24	3.0**	2.8	0.72	25.7%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	11	14.1	14.3	1.10	7.7%
4	12	15.5	15.4	0.90	5.8%
All	24	15.1**	14.9	1.22	8.2%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計