



G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2023-01 檢體寄出日期：2023 年 02 月 13 日 報告截止日期：2023 年 02 月 20 日
 回收份數(比率)：24 份 (100%)



檢體 1



Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	12	4.0	4.0	0.21	5.3%
4	11	3.4	3.3	0.35	10.6%
All	24	3.8**	3.7	0.48	13.0%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	12	6.7	6.6	0.35	5.3%
4	11	6.2	6.3	0.42	6.7%
All	24	6.5**	6.4	0.43	6.7%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	12	6.7	6.7	0.58	8.7%
4	11	6.2	6.3	0.44	7.0%
All	24	6.5**	6.5	0.56	8.6%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** Assigned value; Xa

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計