


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖



調查批次：RH2023-02 檢體寄出日期：2023 年 05 月 29 日 報告截止日期：2023 年 06 月 05 日
 回收份數(比率)：24 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	12	15.2	15.2	1.69	11.1%
4	11	14.5	14.5	1.29	8.9%
All	24	14.5**	14.7	1.48	10.1%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; X_a
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	12	4.4	4.5	0.38	8.4%
4	11	4.7	4.8	0.35	7.3%
All	24	4.7**	4.6	0.38	8.3%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; X_a
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	12	10.5	10.5	0.74	7.0%
4	11	10.9	10.9	0.67	6.1%
All	24	10.7**	10.6	0.70	6.6%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; X_a
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計