



# G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖

調查批次：RH2023-03      檢體寄出日期：2023 年 09 月 11 日      報告截止日期：2023 年 09 月 18 日  
 回收份數(比率)：25 份 (100%)



## Sample 1



## 檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	4.2	4.3	0.25	5.8%
4	10	4.5	4.6	0.39	8.5%
All	25	4.5**	4.4	0.27	6.1%

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )


\*\* Assigned value; X<sub>a</sub>

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計

## Sample 2



## 檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	15.3	15.3	1.07	7.0%
4	10	16.2	16.0	0.89	5.6%
All	25	15.6**	15.6	1.03	6.6%

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )


\*\* Assigned value; X<sub>a</sub>

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計

## Sample 3



## 檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	10.2	10.1	0.56	5.5%
4	10	10.8	10.9	0.77	7.1%
All	25	10.4**	10.4	0.70	6.7%

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* Assigned value; X<sub>a</sub>

Reagent kit 3 : Innovation

Reagent kit 4 : Lanner

n < 5 不予統計