



G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖


調查批次：RH2024-03 檢體寄出日期：2024 年 09 月 23 日 報告截止日期：2024 年 09 月 30 日
 回收份數(比率)：25 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	10.1	10.0	0.30	3.0%
4	10	10.0	9.8	0.83	8.5%
All	25	10.0**	9.9	0.57	5.8%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	15.8	15.8	0.38	2.4%
4	10	16.4	16.3	0.74	4.5%
All	25	15.8**	16.0	0.74	4.6%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	14	7.6	7.7	0.56	7.3%
4	10	7.2	7.0	0.66	9.4%
All	25	7.4**	7.4	0.65	8.8%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計