



G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖


調查批次：RH2025-01 檢體寄出日期：2025 年 02 月 17 日 報告截止日期：2025 年 02 月 24 日
 回收份數(比率)：25 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	14.3	14.2	0.50	3.5%
4	10	14.5	14.5	0.74	5.1%
All	25	14.3	14.3	0.61	4.3%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	6.8	6.8	0.62	9.1%
4	10	6.7	6.7	0.47	7.0%
All	25	6.8	6.7	0.54	8.1%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	10.1	10.2	0.59	5.8%
4	10	9.7	9.4	1.06	11.3%
All	25	10.1	9.9	0.77	7.8%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計