


G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖


調查批次：RH2025-02 檢體寄出日期：2025 年 06 月 02 日 報告截止日期：2025 年 06 月 09 日
回收份數(比率)：25 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	9.9	9.8	0.70	7.1%
4	10	9.3	9.3	0.92	9.9%
All	25	9.6	9.6	0.74	7.7%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
** Assigned value; Xa
Reagent kit 3 : Innovation
Reagent kit 4 : Lanner
n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	5.5	5.5	0.48	8.7%
4	10	5.7	5.8	0.53	9.1%
All	25	5.6	5.6	0.50	8.9%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
** Assigned value; Xa
Reagent kit 3 : Innovation
Reagent kit 4 : Lanner
n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	15.3	15.5	1.54	9.9%
4	10	15.8	15.5	1.08	7.0%
All	25	15.7	15.5	1.36	8.8%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
** Assigned value; Xa
Reagent kit 3 : Innovation
Reagent kit 4 : Lanner
n < 5 不予統計