



G6PD 定量檢驗院際品管調查結果試劑統計分布圖


調查批次：RH2026-01 檢體寄出日期：2026 年 02 月 23 日 報告截止日期：2026 年 03 月 02 日
 回收份數(比率)：24 份 (100%)



檢體 1

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	5.6	5.6	0.50	8.9%
4	9	5.5	5.5	0.26	4.7%
All	24	5.5	5.6	0.41	7.3%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 2

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	4.8	4.9	0.58	11.8%
4	9	4.5	4.7	0.43	9.1%
All	24	4.8	4.8	0.53	11.0%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計



檢體 3

Reagent Kit	單位數 (n)	中位數 (Median)	平均值* (Mean)	標準差* (SD)	變異係數 (CV)
3	15	9.6	9.6	0.88	9.2%
4	9	10.1	10.0	1.04	10.4%
All	24	9.8	9.7	0.97	10.0%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** Assigned value; Xa
 Reagent kit 3 : Innovation
 Reagent kit 4 : Lanner
 n < 5 不予統計